



United Nations Population Fund

Страновой офис Узбекистана

Узбекистан, Ташкент, ул. М. Таробий, 14

<http://uzbekistan.unfpa.org>

Дата: 6 апреля 2020г

### Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП) No UNFPA/UZB/RFQ/2020/010

Настоящим ЮНФПА запрашивает цены на следующие товары:

№	Предмет	Описание	Количество
1	Хирургическая маска, тип IIR, одноразовая	<p><b>Хирургическая маска, тип IIR, одноразовая</b></p> <p>Описание товара:</p> <p>Маска хирургическая типа IIR, с ушной петлей, одноразовая</p> <p>Медицинская маска, закрывающая нос, рот и подбородок, предназначенная для ограничения передачи инфекционных веществ, выдыхаемых носом и ртом пользователя, и, кроме того, для защиты пользователя от брызг жидкостей.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Брызг стойкая хирургическая маска типа IIR.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Эффективность бактериальной фильтрации: равна или превышает 98%.</li><li>• Перепад давления (воздухопроницаемость) / сопротивление дыханию: равен или &lt;49 Па.</li><li>• Давление брызг стойкости: более 120 мм рт. Ст. (Испытано в соответствии со стандартом ASTM F1862).</li><li>• Нетканое полотно с непроницаемым материалом, устойчивым к брызгам жидкости, т.е. полиэтилен.</li><li>• Состоит из 3 или 4 нетканых сложенных слоев, форма полностью покрывает нос, рот и подбородок.</li><li>• Четко идентифицируемые внутренние и внешние поверхности.</li><li>• Податливая носовая планка из алюминия, обеспечивающая плотную посадку.</li><li>• С прикрепленными 2 x 2 ушными петлями, обеспечивающими правильную фиксацию и закрепление в задней части головы.</li></ul> <p>Размер (ориентировочный): 15-19 см x 9-11 см (Д x Ш). Разложенный 175 x 175 мм. Без латекса, без стекловолокна Нестерильные</p>	75 000

<p>Одноразовые          Должен соответствовать требованиям Директивы ЕС по медицинским приборам 93/42 (или эквивалентному международному признанному маркетинговому разрешению).          В частности, должен соответствовать стандарту EN 14683 для типа IIR (или эквивалентному международному стандарту).</p> <p>Требования соответствия (ВОЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Директива ЕС по MDD 93/42 / ЕЕС Класс I или IIa,</li> <li>• EN 14683 Тип IIR (или II или IR)</li> <li>• ASTM F2100 минимальный уровень 1 или эквивалентный.</li> </ul> <p>Назначение:          Носится медицинским персоналом или чаще всего инфицированным пациентом. Хирургическая маска предотвращает распространение загрязнений на окружающих людей и окружающую среду (воздух, поверхность, продукты ...) вокруг пользователя и защищает пользователя от брызг жидкости. Не используется повторно после снятия с лица. Маска должна заменяться как минимум каждые 3 часа. Пользователь должен мыть руки перед примеркой и после снятия маски.          Заметка! Хирургическая маска не защищает пользователя от инфекционных веществ, находящихся в воздухе (корона вирус, туберкулез, вирусная геморрагическая лихорадка, корь, ветряная оспа, ОРВИ, птичий грипп и т. Д.). В таких случаях рекомендуется носить респираторную защитную маску с рейтингом FFP2 (соответствует европейским стандартам) или N95 (соответствует американским стандартам).</p> <p>Упаковка и маркировка:          Одна (1) единица в защитной упаковке.          Название производителя и адрес.          ISO 15223          Знак CE (+ EC REP), FDA и эквивалент.          Лот / партия, МФД и срок годности.          Слово «нестерильные, одноразовые».          Поставляется с инструкцией по применению.</p>
--

Товары должны быть доставлены максимум через 2 дня после выдачи заказа на поставку. Ценовые предложения должны быть действительны как минимум в течение 30 дней после даты закрытия.

Если вы заинтересованы отправить предложения по этим товарам, пожалуйста, заполните прилагаемую форму ценового предложения и отправьте по электронной почте [rfq.uzb@unfpa.org](mailto:rfq.uzb@unfpa.org)

Просим вас отправить ценовое предложение в узбекских сумах.

Ваш ранний ответ будет высоко оценен, не позже чем: 8 апреля 2020г, 16:30 (по местному времени Узбекистана).



Примечание: к настоящей заявке применяются текущие политики поставщиков ЮНФПА, которые можно найти по адресу: <http://www.unfpa.org/suppliers>.

С уважением,



## Форма ценового предложения

Название участника торгов: \_\_\_\_\_

Дата предложения: \_\_\_\_\_

Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП) No \_\_\_\_\_

Валюта ценового предложения: \_\_\_\_\_

Срок поставки (недели с момента \_\_\_\_\_

получения заказа до отправки):

Истечение срока действия предложения: \_\_\_\_\_

(предложение должно быть действителен в течение как минимум X месяцев после даты закрытия.)

### Ценовой график:

Предмет №	Цена за единицу FOB/FCA укажите порт отправки	Количество	Стоимость доставки до места назначения (укажите режим трп.)	Объем отгрузки (кгс) и вес товара	Всего стоимость СРТ / CFR (порт назначения)	График доставки (дни)

### Просим Вас включить в ваше предложение:

1. Технические характеристики предлагаемой продукции
2. Стандарт качества продукции

<i>Комментарии поставщика::</i>
---------------------------------

**Настоящим я подтверждаю, что компания упомянутая выше, за которую я должным образом уполномочен ставить подпись, принимает сроки и условия ЮНФПА**



(<http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract> ) и будет следовать данному ценовому предложению до момента его истечения.

---

**Ф.И.О и должность**

---

**Дата и место**