



United Nations Population Fund

Страновой офис Узбекистана

Узбекистан, Ташкент, ул. М. Таробий, 14

<http://uzbekistan.unfpa.org>

Дата: 14 апреля 2020г

### Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП) No. UNFPA/UZB/RFQ/2020/016

Настоящим ЮНФПА запрашивает цены на следующие товары:

№	Предмет	Описание	Количество
1	Хирургический респиратор FFP2 / N95, маска, одноразовая	<p><b>Хирургический респиратор, с высокой степенью фильтрации, FFP2 / N95, маска, без клапана, нестерильная, одноразовая</b></p> <p>Описание товара:</p> <p>Респираторная маска, защищающая от возбудителей, находящихся в воздухе. Для медицинского использования. Противо-проникающая маска с высокой степенью фильтрации. Фильтрующее устройство, закрывающее нос, рот и подбородок, используется для защиты пользователя от переносимых по воздуху или каплями инфекционных веществ.</p> <p>Технические характеристики: Материал: нетканый фильтрующий слой. Полипропилен, полиэстер, полиэтилен, алюминий. Отвечает требованиям FFP2 или N95 (FFP2 или N95 должны быть написаны на самом респираторе). Уровень фильтрации:&gt; 95% для частиц от 0,1 до 0,3 микрона. Общая внутренняя утечка (TIL): &lt;10% (N95) или &lt;8% (FFP2). Проникновение фильтрующего материала &lt;6% (NaCl и парафин при 95 л / мин с частицами 0,6 мкм). Воздухопроницаемость:&gt; 2 мм H<sub>2</sub>O Соответствует требованиям типа IIR: Эффективность бактериальной фильтрации&gt; или = 98%. Перепад давления (воздухопроницаемость) &lt;49 Па. Давление сопротивления брызг&gt; или = 120 мм рт. Ст. (Испытано в соответствии со стандартом ASTM F1862). Форма маски: утконос (сложенный по горизонтали по</p>	4000

ширине) или чашеобразный.  
Хорошая воздухопроницаемость благодаря дизайну.  
Без клапана.  
Респираторная маска подходит для всех форм лица, без утечки воздуха вдоха / выдоха.  
Верхний край имеет интегрированную, легко податливую полосу переносицы, уменьшающую запотевание защитных очков.  
Размер носовой перемычки: 4 x 90 мм (ш x л) (+/- 10%).  
Два предварительно прикрепленных прочных эластичных петли, подходящих (i) вокруг верхней части головы, (ii) вокруг основания головы.  
Цвет: Белый.  
Нестерильные.  
Одноразовые  
Каждая маска должна указывать четкую идентификацию  
(i) обеспеченная защита FFP2 / N95,  
(ii) какую сторону изнашивать (нос),  
(iii) название производителя и  
(iv) эталон модели

Толщина: пальцы: прикл. 0.12mm; ладонь: 0,8 мм

Требования соответствия (ВОЗ):

- Минимум "N95" респиратор в соответствии с FDA класса II под 21 CFR 878.4040 и CDC США NIOSH, или
- Минимум «FFP2» в соответствии с EN 149, регламент ЕС PPE 2016/425, категория III, или эквивалент
- EN 14683: 2014 «Хирургические маски. Требования и методы испытаний».

Респиратор со словами «Для профессионального использования» НЕ одобряется, так как этот тип предназначен для строительства и других работ промышленного типа.

Использование по назначению:  
Респираторная маска, защищающая от возбудителей, находящихся в воздухе.  
Для медицинского использования.  
Респиратор предлагает ценную безопасность ТОЛЬКО если:

- а) размер и модель адаптированы к лицу пользователя;
- б) респиратор надет и правильно используется пользователем;
- с) проверка печати выполняется пользователем перед каждым воздействием.

В первый раз пользователи должны ПРОВЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСКИ с помощью Fit Test Kit.  
Каждый раз, когда надевается респиратор, должно ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОВЕРКА ПЕЧАТИ.



		<p>Срок годности не должен превышать 5 лет. Если на дату истечения срока годности нет маркировки, пользователь должен проверять эластичность петля перед тем, как надевать. Все поврежденные, мокрые или грязные респираторы должны быть немедленно выброшены и заменены. Должно храниться в сухом и хорошо проветриваемом месте.</p> <p>Упаковка и маркировка: Одна (1) единица в защитной упаковке. Название производителя и адрес. ISO 15223 Знак CE (+ EC REP), FDA и эквивалент. Лот / партия, МФД и срок годности. Слово «нестерильные, одноразовые». Поставляется с инструкцией по применению.</p>	
--	--	---	--

Товары должны быть доставлены максимум через 2 дня после выдачи заказа на поставку. Ценовые предложения должны быть действительны как минимум в течение 30 дней после даты закрытия.

Если вы заинтересованы отправить предложения по этим товарам, пожалуйста, заполните прилагаемую форму ценового предложения и отправьте по электронной почте на [rfq.uzb@unfpa.org](mailto:rfq.uzb@unfpa.org)

Просим вас отправить ценовое предложение в узбекских сумах.

Ваш ранний ответ будет высоко оценен, не позже чем: 16 апреля 2020г, 14:30 (по местному времени Узбекистана).

Примечание: к настоящей заявке применяются текущие политики поставщиков ЮНФПА, которые можно найти по адресу: <http://www.unfpa.org/suppliers>.

С уважением,



## Форма ценового предложения

Название участника торгов: \_\_\_\_\_

Дата предложения: \_\_\_\_\_

Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП) No \_\_\_\_\_

Валюта ценового предложения: \_\_\_\_\_

Срок поставки (недели с момента  
получения заказа до отправки): \_\_\_\_\_

Истечение срока действия предложения: \_\_\_\_\_

(предложение должно быть действителен в течение как минимум X месяцев после даты закрытия.)

### Ценовой график:

Предмет №	Цена за единицу FOB/FCA укажите порт отправки	Количество	Стоимость доставки до места назначения (укажите режим трп.)	Объем отгрузки (кгс) и вес товара	Всего стоимость СРТ / CFR (порт назначения)	График доставки (дни)

### Просим Вас включить в ваше предложение:

1. Технические характеристики предлагаемой продукции
2. Стандарт качества продукции

<i>Комментарии поставщика::</i>
---------------------------------



Настоящим я подтверждаю, что компания упомянутая выше, за которую я должным образом уполномочен ставить подпись, принимает сроки и условия ЮНФПА (<http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract>) и будет следовать данному ценовому предложению до момента его истечения.

---

Ф.И.О и должность

---

Дата и место